



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВ. ПЕТКА” АД, ГР. ВИДИН

гр. Видин 3700, ул. “Цар Симеон Велики” № 119, тел./факс: 094/ 60-60-25
e-mail: mba1_vidin@abv.bg

Изх. №2244/28.07.2014 г.

**ДО:
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С
ПРЕДМЕТ**

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с еднопланова ангиографска система с приложение в съдовата и кардиологична диагностика и за извършване на интервенционални процедури за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД, ГР. ВИДИН

ОТНОСНО: Постъпили въпроси от фирма участник в процедурата:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви изпращаме отговори на въпроси относно обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, същите ще получите и по пощата.

Д-р Виолета Дочкова
/Изп. Директор на
МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин/



Въпрос:

С Ваш отговор Изх.№ 2156/17.07.2014 г. ни информирахте, че показателите от Таблицата с допълнителни технически характеристики не са условия за отстраняване и отговарят на конкретните нужди на Възложителя.

В случай, че по тези Показатели бъдат предложени еквивалентни технически решения, съобразени с конкретните нужди на Възложителя, ще присъдите ли съответния брой точки съгласно публикуваната Методика за оценка, „П2 – Предлагани технически преимущества“?

Отговор:

Посочените техническите параметри, подлежащи на оценка по показател П2 са оптимални, съобразени в най-голяма степен с нуждите на възложителя.

Всички предложения отговарящи на минималните технически изисквания ще бъдат допуснати до оценка.

Заложените Минимални технически изисквания, ограничават участието ни в тръжната процедура както следва:

- RAO/LAO ротация - мин. +/-120°:

RAO/LAO ротацията на C-рамото не е самостоятелен технически параметър, а част от сложната геометрия на системата. При моделите на GE е налице допълнително L – рамо, което оптимизира позиционирането на детектора спрямо пациента, поради което параметрите на RAO/LAO ротацията са $-117^{\circ}/+ 105^{\circ}$ и те са достатъчни за извършването на всички видове интервенционални процедури.

Въпрос: Ще отстраните ли от участие участник, който оферира апарат с горепосочените стойности на RAO/LAO ротация, при условия, че по този начин могат да бъдат извършвани пълен обем интервенционални процедури?

Отговор:

Отговорът на толкова конкретно формулиран въпрос поставя възложителя в ситуация да се произнесе по предложение, което реално не е постъпило. По този начин се нарушава принципа за равнопоставеност, заложен в ЗОП.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.

- SID - 90+120 cm

При този показател от значение са както отделните стойности, така и обхватът на SID. При технологията на GE, обхватът на SID е 34 см, което е по-голямо от изисквания обхват от 30 см, но максималната стойност е 119 см, вместо изискуемата 120 см.

Въпрос: Ще отстраните ли от участие, предложение на апарат с обхват на SID – 85 – 119 см, при условие, че обхватът е по-голям от изисквания и горната стойност попада в изискуемия диапазон?

Отговор:

Отговорът на толкова конкретно формулиран въпрос поставя възложителя в ситуация да се произнесе по предложение, което реално не е постъпило. По този начин се нарушава принципа за равнопоставеност, заложен в ЗОП.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.

- Регулиране по височина на масата - мин. 80+110 cm;

Въпрос: Ще отстраните ли от участие, предложение на апарат с обхват на височината на масата от 78 – 108 cm, при условие, че обхватът отговаря на изисквания и горната стойност попада в изискуемия диапазон?

Отговор:

Отговорът на толкова конкретно формулиран въпрос поставя възложителя в ситуация да се произнесе по предложение, което реално не е постъпило. По този начин се нарушава принципа за равнопоставеност, заложен в ЗОП.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.

- Надлъжно покритие на пациента (без движение на масата) - мин. 180 cm

Поради различната технология на GE, предлаганата от нас апаратура предлага еквивалентно техническо решение с надлъжно скопично покритие на пациента от 180 cm.

Въпрос: Ще отстраните ли от участие, предложение на апарат с еквивалентно техническо решение и надлъжно скопично покритие на пациента от 180 cm?

Отговор:

Възложителят ще приеме всички предложения, отговарящи на изискванията в обявената процедура и те ще бъдат допуснати до оценка.

- Напречно движение на масата - мин. +/-15 cm.;

Въпрос: Ще отстраните ли от участие предложение, което се отклонява с 1 cm от изискваното движение, а именно напречно движение на масата - +/-14 cm, при условие, че с такъв обхват на напречно движение могат да се извършват пълния обем интервенционални процедури?

Отговор:

Отговорът на толкова конкретно формулиран въпрос поставя възложителя в ситуация да се произнесе по предложение, което реално не е постъпило. По този начин се нарушава принципа за равнопоставеност, заложен в ЗОП.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.

- Обхват на ротация на колиматора - мин. +/- 60°;

Ротацията на колиматора е необходима, когато производителят използва детектори правоъгълна форма и с различен размер на страните. Технологиите на GE използват детектор с квадратна форма, поради което ротацията на колиматора е безсмислена.

Въпрос: Ще отстраните ли от участие предложение на апарат с квадратна форма на детектора и липса на ротация на колиматора?

Отговор:

Ротацията на колиматора е заложена в техническата спецификация.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.