



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВ. ПЕТКА” АД, ГР. ВИДИН

гр. Видин 3700, ул. “Цар Симеон Велики” № 119, тел./факс: 094/ 60-60-25
e-mail: mba1_vidin@abv.bg

Изх. №2273/31.07.2014 г.

**ДО:
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С
ПРЕДМЕТ**


Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с еднопланова ангиографска система с приложение в съдовата и кардиологична диагностика и за извършване на интервенционални процедури за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД, ГР. ВИДИН

ОТНОСНО: Постъпили въпроси от фирма участник в процедурата:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви изпращаме отговори на въпроси относно обявената обществена поръчка с горепосочения предмет.

Д-р Виолета Дочкова
Изп. Директор на
МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТА ПЕТКА“ АД

гр. ВИДИН 3700, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №119

Тел: Факс: 70947 60 60 25, Email: info@abv.bg

Въпрос 1:

В т. 2.3.8. от „СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ“ е посочено:

„2.3.8. Участникът следва да разполага с налична дозиметрична апаратура. Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие на валиден сертификат за калибрация, издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди обявяването на процедурата.“

Молим да потвърдите, че представянето на заверено копие на сертификат за калибрация, който е в срока си на валидност, но е издаден по-рано от 3 (три) месеца преди обявяването на процедурата ще удовлетвори изискването, тъй като така зададено изискването необосновано ограничава участниците и е в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП?

ОТГОВОР:

Участникът трябва да предостави сертификат за калибрация, който е в срока си на валидност, и е издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди обявяването на процедурата, защото само по този начин възложителят има максимални гаранции, че за целия срок на изпълнение участникът ще разполага с калибриран дозиметричен уред.

Въпрос 2:

В „111.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат“ от обявлението публикувано в АОП е посочено:

„1. авансово плащане - 20 % /двадесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора; 2. междинно плащане - 35 % /тридесет и пет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за доставката на медицинското оборудване; 3. 45 % /четиридесет и пет на сто/ от цената по договора разсрочено за 36 (тридесет и шест) месеца, разделено на тридесет и шест равни месечни вноски, считано от въвеждането на апаратурата в експлоатация и платими до 30-то число на всеки месец, след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж, инсталация, пускане в действие и проведено обучение за работа и оригинална фактура за дължимата сума..“

Молим да уточните дали не е допусната грешка в зададения срок на разсроченото плащане, който е в противоречие на чл.303а, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) ?

ОТГОВОР:

Не е налице противоречие с разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ, защото в случая отделната месечна сума става дължима при настъпване на новия месец и едва след като тя стане изискуема започва да тече срок за допустимо отлагане, който в случая е спазен - 30 дни.



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТА ПЕТКА“ АД

гр. ВИДИН 3700, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №119

Тел./факс: /094/ 60 60 21 Е-mail: mba_vidin@abv.bg

Въпрос 3:

В Технически спецификации на Възложителя от „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“ в т. .1. Еднопланово С-рамо:” са посочени следните изисквания:

„Еднопланово С-рамо, монтирано на пода;” и

„Надлъжно покритие на пациента (без движение на масата) - мин. 180 cm;”

Едновременното изпълнение на тези две изисквания е технически невъзможно.

Молим да уточните дали не е допусната техническа грешка?

ОТГОВОР:

Не е допусната техническа грешка.

Предложенията на участниците следва да се придържат към минималните технически изисквания на възложителя.

Въпрос 4:

В Технически спецификации на Възложителя от „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“ в т. „7. Мониторна система:” се изисква:

„В процедурната зала:

1 хемодинамичен монитор”

Същевременно в т. „10. Система за мониториране на пациентните физиологични параметри:” се изисква:

„1 бр. LCD 19” плосък монитор, разположен в процедурната зала;”

Молим да уточните дублират ли се двете изисквания?

ОТГОВОР:

Системата за мониториране на пациентните физиологични параметри (Хемодинамичната система) трябва да разполага с 1 бр. 19” плосък LCD монитор, разположен в процедурното помещение и 1 бр. 19” плосък LCD монитор, разположен в командното помещение.



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТА ПЕТКА“ АД

гр. ВИДИН 3700, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №119

Тел./факс: 0894/ 60-60 26, email:mba_vidin@abv.bg

Въпрос 5:

В Технически спецификации на Възложителя от „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ" в т. „8. Дигитално изображение/режими и постобработка:" е поставено следното изискване:

„Възможност за наслагване на образ (fusion) с образ от друга модалност (напр. СТ);"

Молим да уточните къде следва да се визуализира получения в резултат от наслагването образ?

ОТГОВОР:

Възможността за наслагване на образ (fusion) с образ от друга модалност е функция на работната станция и полученият резултат се визуализира на свързаният с нея монитор.

Въпрос 6:

В Технически спецификации на Възложителя от „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ" в т. „8. Дигитално изображение/режими и постобработка:" е поставено следното изискване:

„Допълнителни самостоятелна работна станция за постобработка и архивиране, с възможност за визуализация на DICOM образи;"

Молим да уточните какви следва да са хардуера и софтуера на допълнителната самостоятелна работна станция за постобработка и архивиране?

ОТГОВОР:

Работната станция трябва да е самостоятелна (да не е сървърно базирана) и да притежава възможности за постобработка и архивиране на образи получени от ангиографската система. Възможностите за визуализация на образи в DICOM-формат са минимално изискване.

Всеки участник може да предложи съответния софтуер, и хардуер, достатъчени за осигуряване на тези изисквания и тяхната безпроблемна работа.